

W związku z pytaniami do postępowania ofertowego nr 4/2.1/2019, poniżej udzielamy odpowiedzi:

PYTANIA		ODPOWIEDZI
<p>Pytanie nr 1: Dotyczy II kategorii – mikrobiologia, poz. 1-4:</p> <p>Czy zamawiający dopuszcza 3 pasaż, oraz 6 tabletek w opakowaniu ?</p>		<p>Dopuszcza się zaproponowane rozwiązania.</p>
<p>Pytanie nr 2: Czy moglibyście Państwo doprecyzować opisy w I Kategoria - sprzęt laboratoryjny</p>		
1	Statyw na probówki druciany pokryty PE - szt. – na ile probówek i jakiej średnicy	2x10; śr 19 mm
2	Probówki typu Falcon z zakrętką i podziałką - 1 op.(150 szt.) – jaka pojemność	50 ml
3	Szalki Petriego (sterylne) 1 op- (600 szt.) – jaka średnica	90 mm
15	Tryskawka - szt. – jaka pojemność	1 x 0,5L; 2 x 0,25L
16	Pincety końcówki ostre - szt. – jaka długość	130 mm
17	Pincety końcówki tępe - szt. – jaka długość	140 mm
18	Nożyczki końcówki ostre - szt. – jaka długość	212 mm
19	Nożyczki końcówki tępe - szt. – jaka długość	130 mm
20	Folia aluminiowa - szt. – jaka grubość i długość lub waga	0.03 mm ; szer. 30 cm, dł. 100 m
24	Tacki z melaminy - szt. – jaka wielkość	428 x 288 x 17 mm
25	Kosz laboratoryjny - szt. – jaka wielkość	100 x 100 x 100 mm
26	Łyżeczko-szpatułka - szt. – jaka długość	150 mm
30	Papierki wskaźnikowe ph - op. – jaki zakres	Ph 0-14
45	Lejki zwykłe o średnicy 150 mm – ile sztuk	opakowanie 5 szt.
47	Sączi ilościowe o średnicy 70 -90 mm - 1 op.-(100 szt) – średnica 70 mm czy 90 mm	90 mm
51	Kolba miarowa 20 ml - szt. – klasa A czy B	Klasa A
52	Kolba miarowa 100 ml - szt. – klasa A czy B	Klasa A
<p>Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycje 34,35,57 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzrost konkurencyjności i złożenie korzystnej oferty cenowej?</p>		<p>Zgodnie z treścią zapytania, dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach kategorii I: sprzęt laboratoryjny oraz kategorii II: mikrobiologia.</p>